

令和7年度精度管理実施計画に基づく精度管理成績証書

令和7年12月10日

検査機関名： 越谷・松伏水道企業団

管理番号： 30

埼玉県水道水質管理計画連絡調整委員長



貴機関が「令和7年度精度管理実施計画」に基づき参加した精度管理の結果は、下記のとおりであったことを証明します。

記

(参考)

項目	報告値 mg/L						変動係数 %	中央値 (設定値) mg/L	誤差率 %	評価	Zスコア
	1	2	3	4	5	機関内 平均値					
① フェノール類	0.0015	0.0016	0.0019	0.0020	0.0020	0.00180	13.0	0.00168	7.1	良好	1.1
② 鉛及びその化合物	0.0072	0.0072	0.0073	0.0072	0.0072	0.00722	0.6	0.00704	2.6	良好	0.8

*1 調査に参加していない項目は「-」と表示しています。

*2 今回、精度管理試料に添加したのは2,6-ジクロロフェノールであり、全ての機関が2,6-ジクロロフェノールのみを検出していました。フェノール類の報告値は、2,6-ジクロロフェノール濃度をフェノール換算した値を記載しています。

*3 誤差率は、変動係数の評価により「良好でない」と判定された機関を除いて、算出しています。

*4 評価は、令和7年度精度管理実施計画(10分析結果の評価について)に基づき、実施しています。